

**Код линии/Выходной сигнал/Напряжение питания**

Код линии	051	055	052	057	061	062	063	064
Выходной сигнал	(0,4-2) В		(0,5-4,5) В		-	-	-	-
Тип интерфейса / Протокол	-	-	-	-	UART / Mida		RS-485 / Mida / Modbus	
Зависимость выходного сигнала от напряжения питания	нет	есть	нет	есть	-	-	-	-
Номинальное значение напряжения питания, В	3,3		5,0		-	-	-	-
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В	3,0-5,5	3,0-4,0	5,0-5,5	4,5-5,5	3,0-3,6	4,5-12	4,5-12	
Максимальное допустимое значение напряжения питания, В	5,5		5,5		3,6	12	12	
Потребляемый ток в режиме измерения, мА	2,5		3		2	3	3,5	5
Потребляемый ток в режиме ожидания, мА	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	-